



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

119361, Москва, ул. Озерная, 46 Факс: 8 (495) 437 31 47 E-mail: vniiofi@vniiofi.ru

ФГУП «ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ОПТИКО-ФИЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ»

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.311485

СВИДЕТЕЛЬСТВО о поверке

№ 4549/16-M



Действительно до
«30 » 05 20 18 г.

Средство измерений Измерители артериального давления и частоты
пульса автоматические OMRON M2 Classic (HEM-7122-LRU)

(наименование, тип, модификация,

ГПСИ 61702-15

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде)

отсутствует

(серия и номер клейма предыдущей поверки)

заводской номер 20160500001LG-20160503200LG

поверено

в соответствии с описанием типа

(наименование величин, диапазонов, на которых поверено СИ)

поверено в соответствии с Р 50.2.032-2004 «ГСИ. Измерители

(наименование документа, на основании которого

Артериального давления неинвазивные. Методика поверки»

выполнена поверка)

с применением эталонов: Цифровой манометр (0-350) mmHg

№НС004-Р0088 Расширенная неопределенность U=0,1%, k=2;

(наименование, тип, заводской номер, регистрационный номер

разряд, класс или погрешность эталона)

при следующих значениях влияющих факторов:

температура

окружающей среды 22 °С, влажность воздуха 62 %, атм.давление 102 кПа

и на основании результатов первичной поверки признано соответствующим
установленным в описании типа метрологическим требованиям и пригодным
в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

Знак поверки



Главный метролог

(подпись)

Поверитель

(подпись)

С.Н. Негода

(инициалы, фамилия)

Е.В. Крылова

(инициалы, фамилия)

Дата поверки

« 31 » 05 20 16 г.

ПО № XVI 031240