



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Акционерное общество «Елатомский приборный завод».

Основной государственный регистрационный номер: 1026200861620.

Место нахождения: 391351, Российская Федерация, Рязанская область, Касимовский район, рабочий поселок Елатьма, улица Янина, дом 25

Телефон: 4912513565, адрес электронной почты: bogomolov@elamed.com

в лице Генерального директора Панина Максима Николаевича

заявляет, что

Устройство тепло-магнито-вибромассажное лечения воспалительных заболеваний предстательной железы (товарный знак «Мавит») в следующих исполнениях: УЛП-01-«ЕЛАТ»; УЛП-01-«ЕЛАТ» (экспортное исполнение)

Продукция изготовлена в соответствии с ГИКС.941519.102 ТУ

изготовитель Акционерное общество «Елатомский приборный завод».

Место нахождения: 391351, Российская Федерация, Рязанская область, Касимовский район, рабочий поселок Елатьма, улица Янина, дом 25

код ТН ВЭД ЕАЭС 9018 90 840 9

Серийный выпуск

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств"

Декларация о соответствии принята на основании

Регистрационное удостоверение № ФСР 2011/12161 от 26.06.2017 года Выдано Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор); Протокол № 2017. R-117.04EZ от 18.04.2017 года испытаний на электромагнитную совместимость ООО Испытательный лабораторный центр «МедТестПрибор»; Протокол № 2017. R-118.04EZ от 18.04.2017 года испытаний на электромагнитную совместимость ООО Испытательный лабораторный центр «МедТестПрибор»; руководства по эксплуатации

Схема декларирования: 1д

Дополнительная информация

Условия хранения продукции в соответствии с требованиями ГОСТ 15150-69. Срок хранения (службы, годности) указан в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации. Стандарт, обеспечивающий соблюдение требований Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 "Электромагнитная совместимость технических средств": ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014 "Изделия медицинские электрические. Часть 1-2. Общие требования безопасности с учетом основных функциональных характеристик. Параллельный стандарт. Электромагнитная совместимость. Требования и испытания"

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 12.09.2022 включительно.



Панин Максим Николаевич

(инициалы и фамилия руководителя организации-заявителя или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС № RU Д-RU.ИМ43.В.00664

Дата регистрации декларации о соответствии 13.09.2017