

• ВНИИОФИ •

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНЫЙ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ**

119361, Москва, ул. Озерная, 46 Факс: 8 (495) 437 31 47 E-mail: vniiofi@vniiofi.ru  
ФГУП «ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ОПТИКО-ФИЗИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЙ»  
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU. 311485

**СВИДЕТЕЛЬСТВО**

**о поверке**

**№ 4349/17-М**

Действительно до  
«11» июля 2019 г.

Средство измерений **Приборы для измерения артериального давления**

наименование, тип, модификация,

**и частоты пульса модель PRO-30**

регистрационный номер в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений

**ГРСИ №66709-17**

(если в состав эталона входят несколько автономных измерительных блоков, то приводится их перечень и заводские номера)

**отсутствует**

серия и номер знака предыдущей поверки (если такие серия и номер имеются)

заводской номер (номера)

**231700001-231703000**

поверено **в соответствии с описанием типа**

наименование величин, диапазонов, на которых поверено средство измерений (если предусмотрено методикой поверки)

поверено в соответствии с **Р 50.2.032-2004**

наименование документа, на основании которого выполнена поверка

с применением эталонов: **Эталонный манометр (0-40) кПа №ZP01020**

наименование, тип, заводской номер, регистрационный номер (при наличии), разряд, класс

**Относительная погрешность 0,16 %**

при следующих значениях влияющих факторов: **температура воздуха 23 °С,**

**относительная влажность 78 %, атмосферное давление 96 кПа**

приводится перечень влияющих факторов, нормированных в документе на методику поверки, с указанием их значений

и на основании результатов первичной поверки признано соответствующим установленным в описании типа метрологическим требованиям и пригодным к применению в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений.

Знак поверки

Главный метролог

Поверитель

Дата поверки

**«12» июля 2017 г.**



Подпись

Подпись



**С.Н. Негода**

Инициалы, фамилия

**И.Н. Швалева**

Инициалы, фамилия

**по № XVII 003585**